



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.Σιγκούδης  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2382 3 50223  
 ΦΑΞ : 2382 0 82362  
 e-mail : [promitheies@gng.gr](mailto:promitheies@gng.gr)  
 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ  
 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι 21.10.2024 στις 10:00 π.μ. στο e-mail [promitheies@gng.gr](mailto:promitheies@gng.gr):

1. ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ . Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΜΑΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΕΛΑΦΡΥ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ . ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΕΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ, ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 48gr/m<sup>2</sup> +/-10%, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΩΔΕΣ 91% +/-5%, ΜΕ ΠΑΧΟΣ 0,56mm +/-10% ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,7mm ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΜ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 67,5gr/m<sup>2</sup> +/-10% ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 0,075mm +/-10% .  
 Α) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 15cm x 20cm.....5TMX.  
 Β) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 15cm x 25cm.....5TMX.
2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΟΕΙΔΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΕ 10 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,5cm, 15.5cm, 25.5cm. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ . ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΜΥΤΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΚΜΟΝΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΚΛΙΠ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΠΑΝΑΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ . ΣΕ ΜΗΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60, 75mm, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ ΚΛΙΠ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, (2,0 – 2,5 – 3,0mm ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, 3,0 – 3,5 – 4,0mm ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΚΑΙ 4,0 – 4,5 – 5,0mm ΓΙΑ ΠΑΧΥ – ΠΟΛΥ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ) . ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ 2,5mm ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ, 3,5mm ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, 4,0mm ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΚΑΙ 4,8mm ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ . ΤΑ ΚΛΙΠ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ≥950Mpa . ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 ΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.....5TMX.
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΜΥΤΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΚΜΟΝΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΚΛΙΠ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΠΑΝΑΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ ΚΛΙΠ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, (2,0 – 2,5 – 3,0mm ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, 3,0 – 3,5 – 4,0mm ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΚΑΙ 4,0 – 4,5 – 5,0mm ΓΙΑ ΠΑΧΥ – ΠΟΛΥ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ) . ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ 2,5mm ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ, 3,5mm ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, 4,0mm ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΚΑΙ 4,8mm ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ . ΤΑ ΚΛΙΠ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ≥950Mpa .....5TMX.

# 24REQ015595892 2024-10-15

4. ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 34mm, ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 3,5mm, ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΙΠ 1,5mm, ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΙΠ 48.....2ΤΜΧ.
5. ΛΑΒΙΔΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CLINCH, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ø 5mm, ΜΗΚΟΥΣ 33cm, ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΔΟΝΤΙΑ.....2ΤΜΧ.
6. ΛΑΒΙΔΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΥΠΟΥ GRASPER, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ø 5mm, ΜΗΚΟΥΣ 33cm, ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗ.....2ΤΜΧ.

**ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς GMDN και CPV.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο **e-mail** που αναφέρουμε παραπάνω.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ**

**ΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**